

Durée : 1 minutes

Périodicité : 1 jour

Difficulté : Facile

Lors du contrôle de l'AMPS, il faut vérifier que :

- Le comptage est en cours
- Les comptages totaux affichés par l'AMPS (conc MEAN) sont similaires (+/- 15%) aux comptages du CPC total.
- Qu'il y a de l'eau dans le flacon.
- Qu'il n'y a pas d'eau dans le bol de décantation en amont du Nafion.
- La pompe du blower et celle du contre-flux Nafion fonctionnent.

