

Durée : 1 minutes

Périodicité : Si nécessaire

Difficulté : Facile

- Écrire la date et l'heure TU dans le cahier de laboratoire, le nom de l'instrument et celui de l'opérateur, et noter le nom de la manip.
- éteindre l'analyseur avec le switch noir à l'arrière de l'appareil :



- Pour le rallumer, presser à nouveau ce switch et laisser stabiliser les valeur pendant qqs minutes.