

Reboot de l'appareil


Durée : 1 minutes

Périodicité : Si nécessaire

Difficulté : Facile

- Écrire la date et l'heure TU dans le cahier de laboratoire, le nom de l'instrument et celui de l'opérateur, et noter le nom de la manip.

- ouvrir la trappe avant en pressant sur le bouton bleu :



- éteindre l'analyseur avec le switch noir.



- Pour le rallumer, presser à nouveau ce switch et laisser stabiliser les valeurs pendant quelques minutes.